

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-153	REFERENCIA PS/PRV/104373
PRODUCTO Catéter-balón para angioplastia percutánea AltoSa-XL-Gemini. Referencias: GM-16-30; GM-16-40; GM-18-30	
Nº LOTE 385661 (GM-16-40), 385645, 385646 (GM-16-30); 385663 (GM-18-30)	
FABRICANTE Andratec GmbH, Alemania	
ASUNTO Advertencias de seguridad y cese de utilización de determinados lotes de los catéteres-balón para angioplastia percutánea AltoSa-XL-Gemini, debido a que fueron robados antes de poder esterilizarse.	

